

广东省教育厅

广东省教育厅办公室关于征求《职业学校实验实训场所安全管理办法（征求意见稿）》

意见的函

各地级以上市教育局，各高等职业学校、省属中等职业学校：

为加强职业学校实验实训场所安全管理，提高管理的规范性和有效性，根据《教育部关于征求对〈职业学校实验实训场所安全管理办法（征求意见稿）〉意见的通知》文件要求，请各地各职业学校认真对《职业学校实验实训场所安全管理办法（征求意见稿）》进行研讨，并提出意见建议。

各地级以上市（以下简称“地市”）教育局要根据本通知要求，做好所属中等职业学校的意见征集和汇总工作。

请各地市教育局、高等职业学校、省属中等职业学校于2024年3月27日前将有关意见（无意见也需回函）通过省电子公文交换系统发送至省教育厅-处室收发文岗-省教育厅职业教育与终身教育处，请勿从其他渠道报送，材料主题命名为：“地市/学校名称+职业学校实验实训场所安全管理办法（征求意见稿）意见”。

附件：职业学校实验实训场所安全管理办法（征求意见稿）

广东省教育厅办公室

2024年3月20日

（联系人：伍金清、叶秀雅，电话：020-37626936）

公开方式：不予公开

校对人：叶秀雅

《职业学校实验实训场所安全管理办法》

(征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为加强职业学校实验实训场所安全管理工作,有效防范和消除安全隐患,维护教学科研工作正常运行,确保实验实训场所师生人身和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业教育法》《危险化学品安全管理条例》等国家法律法规要求,结合职业学校实际情况,制定本办法。

第二条 本办法适用于职业学校范围内开展教学、科研、培训等工作的各级各类实验实训场所及其附属设施。

第三条 职业学校应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据“谁使用、谁负责,谁主管、谁负责”的原则,建立健全实验实训场所安全管理责任体系。重点落实安全管理体系与职责、安全管理内容、分级分类安全管理、安全条件保障、安全考核与责任追究等要求,保障实验实训场所开展的活动安全有序进行。

第二章 安全管理体系与职责

第四条 职业学校应建立健全实验实训安全管理组织机构,制定完善实验实训场所安全管理制度,明确职责与分工。

第五条 职业学校应成立实验实训安全工作领导小组,

负责统筹指导实验实训安全管理工作。学校党政主要负责人是第一责任人，分管实验实训工作的校领导是重要领导责任人，协助第一责任人负责实验实训安全工作，其他校领导在分管工作范围内对实验实训场所安全工作负有支持、监督和指导职责。

第六条 职业学校实验实训安全牵头管理的职能部门应制定本校实验实训安全管理办法，统筹开展实验实训安全风险分级分类认定、建立安全管理台账，组织安全监督和检查等。学校其他相关职能部门在各自工作范围内对实验实训安全工作负有支持、配合和监督职责。

第七条 职业学校二级单位作为实验实训安全管理的责任单位，负责组织落实本单位实验实训安全管理工作，建立本单位实验实训安全管理台账，审核、申报所属实验实训场所的安全类别和风险等级等。二级单位党政负责人是本单位实验实训安全管理工作主要领导责任人。

第八条 实验实训场所负责人负责管辖范围内具体的安全管理工作，负责危险源的辨识以及危险源风险等级和类别的评价、实验实训场所安全资质的报批或申报等。实验实训场所负责人是实验实训安全管理工作的直接责任人。

第九条 在实验实训场所开展的教学、科研、培训等活动的项目（课程）负责人或使用人是实验实训场所安全使用责任人，应落实防范措施和应急预案的要求。

第三章 安全管理内容

第十条 安全教育培训

（一）定期开展实验实训场所安全教育培训活动、组织安全培训考试，并存档记录。

（二）结合专业特点将实验实训场所安全教育纳入人才培养方案，可开设包括安全管理制度、安全操作规程、安全事故案例分析、应急预案和处置方法等内容的课程作为必修课或选修课。

（三）加大实验实训场所安全教育宣传力度，创新宣传教育形式，适时进行安全事故应急演练，营造良好的安全文化氛围。

第十一条 各级人民政府教育行政部门应加强对区域内职业学校实验实训场所的指导、检查。职业学校和二级单位应根据实验实训场所分级分类的管理和安全检查要求，开展“全员、全过程、全要素、全覆盖”的定期安全检查，实行问题排查、登记、报告、整改、复查的闭环管理。

第十二条 职业学校应逐级建立风险分级管控方案，涉及重要危险源的教学、科研、培训等项目（课程），经过风险评估后方可开展活动。

第十三条 应急预案和处置

（一）根据实验实训场所的安全等级和类别，以及项目（课程）风险评估结果，建立健全应急预案和应急演练制度，

定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练。

（二）在开展实验实训项目过程中，一旦发生或可能发生危及人身、财产、环境安全等突发事件，立即启动应急预案，并按要求在规定时间内逐级向所在地和学校主管部门如实报告。

第十四条 安全准入

（一）**人员准入** 实验实训场所负责人、安全管理员和实验实训人员等应根据所在实验实训场所安全等级和类别，接受相应的安全培训和应急演练，培训合格方可上岗作业。

（二）**项目准入** 对新设、更新且存在不安全因素的实验实训教学、科研、培训等项目进行危险源辨识、风险评估与准入控制，重点对涉及重要危险源的项目进行严格的评估与审核。对存在职业病危害作业的项目，应当建立健全职业健康监护制度，依法落实职业健康监护工作。

（三）**场所准入** 拟开展涉及重要危险源的教学、科研、培训等活动的场所，职业学校应评估相关场所的安全设施、存储要求、防火安全等级、空间布局等是否符合相应要求，涉及生物安全和辐射安全的场所应具备相应的安全等级资质和取得相应的安全许可证。

第十五条 实验实训场所安全工作档案一般包括责任体系、队伍建设、安全制度、教育培训、安全检查隐患整改、事故调查与处理、专业安全、奖惩、其他相关的常规或阶段

性工作归档资料等，档案分类应规范合理、便于查找。明确专人负责，制定严格的档案保存、查阅和使用制度，定期对档案进行整理和更新。

第四章 分级分类安全管理

第十六条 根据实验实训场所中存在的危险源的危险程度进行安全分级，分为 I 级（重大风险等级）、II 级（高风险等级）、III 级（中风险等级）、IV 级（低风险等级）4 个等级。安全分级管理要求按《职业学校实验实训场所安全分级参照表》《职业学校实验实训场所安全风险评价表》《职业学校实验实训场所分级管理要求参照表》执行，职业学校在此基础上制定本校具体实施方案。

第十七条 根据实验实训场所中存在的主要危险源类别判定场所安全类别，分为化学化工类、生物医药类、辐射类、机电类和其他类五类。分类管理要求按《职业学校实验实训场所分类参照表》执行，职业学校在此基础上制定本校具体实施方案。

第十八条 实验实训场所分级分类结果和所涉及的主要危险源应在实验实训场所的安全信息牌上标明，并及时更新。实验实训场所的用途如实验实训内容、危险源类型与数量等因素发生变化时，实验实训场所应立即重新进行危险源辨识和安全风险评价，判定实验实训场所安全等级和类别，如需变更应立即报告所属二级单位。职业学校应及时更新本校实

验实训场所安全分级分类管理台账，并定期对实验实训场所分级分类情况进行复核，二级单位应及时修正本单位实验实训场所安全分级分类管理台账，同时报学校备案。

第五章 安全条件保障

第十九条 队伍保障

（一）职业学校根据实验实训场所安全工作的实际情况和需求配备专职或兼职实验实训场所安全管理人员。涉及重要危险源的职业学校，需在校级安全管理机构及相应二级单位配备足够的专职安全管理人员。

（二）职业学校应建立实验实训场所安全督查队伍，定期开展安全检查，并提供检查报告和整改意见。

第二十条 经费保障

（一）职业学校应配备必需的资金列入年度安全常规经费预算，专款用于实验实训场所安全工作，保障安全管理工作正常运行。

（二）职业学校应有专项经费投入实验实训场所建设与管理，有充足的经费保障安全隐患整改工作及时落实。

第二十一条 物资与设施保障

（一）根据实验实训场所涉及危险品的种类和性质，配备足够的安全防护、安全应急救援、环保设施设备和个人防护用品，重点部位设有专门的自动报警、应急排险防护等技术防护措施，保证实验实训人员的安全与健康。

（二）加强仪器设备和安全防护设施设备的建设与维护，确保安全防护设施设备完好有效、实验实训仪器设备运行环境安全良好。

（三）配备合适的消防设施，并定期开展使用训练。

（四）存在受到化学和生物伤害可能的区域，须合理配置和安装应急喷淋和洗眼装置，定期进行检查维护。

（五）实验实训场所危险部位应设置明显的危险标识或安全警示标志，重点风险部位应安装门禁和监控设施。

（六）结合工作实际，利用大数据、云计算、人工智能等新技术，建立实验实训安全管理信息系统，加强安全风险的分析预警和精准防控。

第二十二条 实验实训场所工程项目（新建、改建、扩建、维修以及装修等）在论证、立项、建设及验收时，应当依法依规进行，并通过学校实验实训场所安全职能部门组织的审核后，方可实施。

第二十三条 职业学校的实验实训场所空间布局、设施设备应符合相关要求。

第六章 安全考核与责任追究

第二十四条 考核与奖惩

（一）各级人民政府教育行政部门应建立对辖区内职业学校实验实训场所的安全考核机制，定期开展考核工作。

（二）职业学校应将实验实训场所安全工作纳入日常考

核和年度考核内容。学校、相关职能部门、二级单位、实验实训场所等各级责任机构应根据实际情况，分级制定考核办法，并做好日常考核和年度考核工作。

（三）主管部门和职业学校应强化考核结果运用。对在实验实训场所安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰或奖励，对出现安全事件或履职尽责不到位的单位和个人进行责任追究。

第二十五条 职业学校实验实训场所安全责任追究对象包括安全事件责任单位和责任人员。

（一）职业学校实验实训场所安全事件责任单位包括职业学校、参与实验实训场所管理的合作单位、对实验实训场所安全负有直接管理职责和间接监管职责的职能部门、二级单位、实验实训场所。

（二）职业学校实验实训场所安全事件责任人包括学校（合作单位）的责任领导、负有管理职责的部门负责人及相关人员、实验实训场所负责人、使用责任人（包括教师、学生、合作单位人员和其他人员）。

第二十六条 构成实验实训场所安全责任事件的行
为包括：

（一）存在违规购买、储存、使用、运输、转让或处置危险化学品（尤其是包括剧毒、易制毒、易制爆、爆炸品、麻醉药品、精神药品等在内的管制类化学品）、特种设备、

放射性同位素及核材料、射线装置、危险废物等，或未采取必要的措施导致被盗或遗失，或发生上述情况未及时报告上级有关部门。

（二）存在未进行相应等级生物安全实验室备案，在实验实训场所内使用超出其生物安全许可范围的生物材料或进行超出其生物安全等级的操作，开展动物实验等情况。

（三）发现安全隐患，或接到整改通知，拒不整改或整改不到位；未经许可擅自启用被封实验实训场所或设施设备。

（四）存在未落实实验实训场所人员的安全教育和准入制度、项目安全审核制度等情况。

（五）存在未制定必要的操作规程，未制定必要的应急预案等情况。

（六）发生实验实训场所安全事故后，未积极采取处置措施、迟报瞒报谎报漏报、人为破坏事故现场等。

（七）存在其他违反国家法律法规、违反安全管理相关规定、未履行安全管理职责的行为。

实验实训场所安全责任事故参照《生产安全事故报告和调查处理条例》分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四类，由事故发生地有关人民政府依法开展调查。生物安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。造成人员轻伤，或者产生重大安全隐患，或者造成较大社会不良影响的职业学校实验实训场所安全责任事

件，由发生学校组织调查组进行调查，要有两名（含）以上校外专家参与。调查处理情况报当地人民政府相关部门。

第二十七条 实验实训场所安全责任追究种类分为批评教育、经济赔偿和处罚、处分和移送司法机关等。以上责任追究可以单处也可并处。

（一）对发生实验实训场所安全事故事件的职业学校，给予通报批评，相关情况纳入对学校的绩效考核。校内相关责任单位、责任人员由学校对其按照相关规定进行处理，合作单位的责任单位、责任人员根据管理权限，由合作单位对其按照合同约定或相关规定进行处理。根据危害程度及具体情况依法追究法律责任，党纪、行政处分，经济赔偿和处罚等处分；对实习实训场所给予通报批评、限期整改、关停整改等处分。涉嫌违法犯罪的，移送司法机关进行处理。

（二）对发生实验实训场所安全事故事件的职业学校党委、领导干部追责问责，应当按照干部管理权限，依据有关规定实施。根据危害程度及具体情况，对学校党委的责任追究方式包括检查、通报、改组。对学校领导干部的责任追究方式包括通报、诫勉、组织调整或组织处理、纪律处分。

（三）责任追究方式须根据实际情况确认，分清党组织责任和党的领导干部责任，集体责任和个人责任，主要领导责任和重要领导责任。规范责任追究程序。

第七章 附则

第二十八条 职业学校应根据本办法，结合本校实际情况，制定各项具体实施办法。本办法未尽事宜，按照国家及地方相关制度执行。

第二十九条 本办法自公布之日起施行。

- 附件：
1. 职业学校实验实训场所安全检查项目表
 2. 职业学校实验实训场所安全分级参照表
 3. 职业学校实验实训场所安全风险评价表
 4. 职业学校实验实训场所分类参照表
 5. 职业学校实验实训场所分级管理要求参照表

附件 1

职业学校实验实训场所安全检查项目表

序号	检查项目	检查要点	情况记录
1	责任体系		
1.1	学校层面安全责任体系		
1.1.1	有校级实验实训场所安全工作责任人与领导机构	(1) 有校级正式发文,明确学校党政主要负责人是第一责任人;分管实验实训场所工作的校领导是重要领导责任人,协助第一责任人负责实验实训场所安全工作;其他校领导在分管工作范围内对实验实训场所安全工作负有支持、监督和指导职责;设立校级领导机构,明确其部门组成和工作职责,分管实验实训场所工作的校领导为该机构负责人。	
1.1.2	有明确的实验实训场所安全管理职能部门	(2) 明确牵头职能部门负责实验实训场所安全工作,相关职能部门切实配合落实工作;明确实验实训场所管理主体与使用主体的责任分工和管理要求。	
1.1.3	学校与二级单位签订实验实训场所安全管理责任书/告知书	(3) 档案或信息系统里有现任学校领导与二级单位负责人签字盖章的安全责任书/告知书。	
1.1.4	实验实训场所安全工作纳入学校决策研究事项	(4) 有学校相关会议(校务会议、党委常委会会议等)纪要。	
1.1.5	有实验实训场所外来人员安全管理机制	(5) 有校级正式发文,明确实验实训场所外来人员准入制度、责任部门和责任人;有明确的责任分工、管理措施、教育培训、管理记录等要求。	
1.1.6	建立实验实训场所安全隐患举报制度	(6) 有公布的实验实训场所安全隐患举报邮箱、电话、信箱等和相关过程资料。	
1.1.7	建立职业健康管理制	(7) 对存在职业病危害作业的实验实训场所,组织开展职业健康检查,有职业健康监护档案。	
1.2	二级单位层面安全责任体系		
1.2.1	二级单位党政负责人作为实验实训场所安全工作主要领导责任人	(8) 有带文号的二级单位文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
1.2.2	成立二级单位级实验实训场所安全工作领导小组	(9)有带文号的二级单位文件明确由二级单位党政主要领导作为负责人,设立分管实验实训场所安全领导、安全助理,有实验实训场所负责人或安全员等代表参与。	
1.2.3	建立二级单位实验实训场所安全责任体系	(10)有文件资料或网络档案证明实验实训场所(研究所、中心、教研室及具体实验实训场所等)有安全责任人与安全员;有实验实训场所任课教师和学生安全管理责任分工与管理要求。	
1.2.4	有实验实训场所安全责任书	(11)实验实训场所应规定安全管理体系中各岗位职责并进行人员授权或任命;实行全员安全责任制,签订责任书到实验实训房间安全责任人及每一位使用实验实训场所的教职员工;应在每个实验项目开始前实施全员安全教育。	
1.2.5	有实验实训场所外来人员安全管理实施细则	(12)有相关实施细则,明确实验实训场所外来人员安全管理责任人;应与进入实验实训场所的相关方或外来人员签订合同或安全协议,明确双方的安全职责。	
1.3	经费保障		
1.3.1	学校每年有实验实训场所安全常规经费预算	(13)学校职能部门有预算审批凭据证明有专款用于实验实训场所安全工作。	
1.3.2	学校有专项经费投入实验实训场所安全工作,重大安全隐患整改经费能够落实	(14)学校职能部门有支出凭据证明有专款用于实验实训场所安全工作,尤其是用于重大安全隐患整改项目。	
1.4	队伍建设		
1.4.1	学校根据需要配备专职或兼职的实验实训场所安全管理人员	(15)有重要危险源,即有毒有害(剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等)化学品、危险(易燃、易爆、有毒、窒息)气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等的职业学校应依据工作量,在校级管理机构配备足够的专职实验实训场所安全管理人员。 (16)有重要危险源的二级单位应依据工作量配备专职实验实训场所安全管理人员;文、管、艺术类、数学及信息相关工学等二级单位配备兼职实验实训场所安全管理人员。	
1.4.2	有校级实验实训场所安全检查队伍,可以由教师、实验实训技术人员组成,也可以利用有相关专业能力的社会力量	(17)有校级文件证明学校设立了检查队伍,并有工作记录。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
1.4.3	各级主管实验实训场所安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验实训场所安全培训	(18) 有培训记录(证书、电子文档、书面记录)等证明培训及合格情况。	
1.4.4	实验实训场所使用人员(含外来人员、学生)接受安全教育与培训	(19) 有培训记录(证书、电子文档、书面记录)等证明培训及合格情况。	
1.5	其他		
1.5.1	采用信息化手段管理实验实训场所安全	(20) 学校建设信息管理等系统用于实验实训场所安全管理。	
1.5.2	建立实验实训场所安全工作档案	(21) 包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作归档资料等,且档案分类规范合理,便于查找。	
1.5.3	特种设备安全管理	(22) 有明确责任人员、管理措施、应急预案、档案建设等。	
2	规章制度		
2.1	实验实训场所安全管理制度		
2.1.1	有校级实验实训场所安全管理制度	(23) 有正式发文的校级实验实训场所安全管理规定,内容包括上位法依据、实验实训场所范围、安全管理原则、组织架构、责任体系、奖惩、事故处理、责任与追究、安全文化等要素。	
2.1.2	有校级实验实训场所安全管理办法或细则、应急预案	(24) 学校或职能部门依据危险源情况制定实验实训场所分级分类、准入管理、安全检查、奖惩,以及各类专业安全等二级管理办法,并正式发文。 (25) 有校级的实验实训场所安全事故应急处置预案,并正式发文。	
2.1.3	有二级单位级实验实训安全管理制度	(26) 建有二级单位特色的实验实训场所安全管理制度,包含安全检查、风险评估、实验实训场所准入、应急预案、安全培训等内容;制度文件应有二级单位正式发文,并及时修订更新;文件应具有可操作性或实际管理效用。	
2.1.4	有实验实训安全操作规程	(27) 学校、二级单位应根据实验实训要求,制定相应设备安全操作规程。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
3	安全宣传教育		
3.1	安全教育活动		
3.1.1	开设实验实训场所安全必修课或选修课	(28) 对于有重要危险源(见第15目)的二级单位和专业,要开设有学分的安全教育必修课或将安全教育课程纳入必修环节;鼓励其他专业开设安全选修课。	
3.1.2	开展校级安全教育培训活动	(29) 校级层面每年有档案证明开展了实验实训场所安全教育培训。	
3.1.3	二级单位开展专业安全培训活动	(30) 二级单位层面每年有档案证明开展了实验实训场所安全教育培训和考试,重点关注外来人员和入学新生,对培训与考试进行有效记录。	
3.1.4	开展结合专业特点的应急演练	(31) 每年有校级的实验实训场所安全事故应急演练。	
3.1.5	组织实验实训场所安全知识考试	(32) 建设有考试系统或考试题库并及时更新,从事实验实训操作的学生、教职工及外来人员均需参加考试,通过者发放合格证书或保留记录。	
3.2	安全文化		
3.2.1	建设有学校特色的安全文化	(33) 学校有网页设立专栏开展安全宣传。	
3.2.2	编印学校实验实训场所安全手册	(34) 将实验实训场所安全手册发放到每一位从事实验实训活动的师生。	
3.2.3	创新宣传教育形式,加强安全文化建设	(35) 通过微信公众号、微博、工作简报、文化月、专项整治活动、安全评估、知识竞赛、微电影等方式,加强安全宣传。	
4	安全检查		
4.1	危险源辨识		
4.1.1	学校、二级单位层面建立危险源分布清单	(36) 清单内容需包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息。	
4.1.2	涉及危险源的实验场所,应有明确的警示标识	(37) 涉及重要危险源(见第15目)的场所,有显著的警示标识。	
4.1.3	建立针对重要危险源的风险评估和应急管理方案	(38) 建立重大危险源安全风险分布档案和数据库,学校、二级单位、实验实训场所应逐级建立风险分级管控方案,涉及重要危险源的教学、科研和培训项目,应经过风险评估后方可开展实验实训活动。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
4.2	安全检查		
4.2.1	学校层面开展定期/不定期检查	(39) 每年不少于 4 次，并记录存档。	
4.2.2	二级单位层面开展定期检查	(40) 每月不少于 1 次，并记录存档。	
4.2.3	针对高危实验实训物品开展专项检查	(41) 针对重要危险源（见第 15 目），开展定期专项检查。	
4.2.4	实验实训场所房间须建立自检自查台账	(42) 定期检查并留存记录。	
4.2.5	安全检查人员应配备专业的防护和计量用具	(43) 安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具。 (44) 进入涉及危化品、生物、辐射等实验实训场所要穿戴必要的防护装具；检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计；配备必要的测量、计量用具（手持式 VOC 检测仪、声级计、风速仪、电笔、万用表等）。	
4.2.6	安全告知义务履责情况	(45) 检查实验实训场所安全准入制度和安全管理制度的、相关实验实训操作规程或实验实训指导书，检查全员安全培训相关资料，查看是否依法履行安全告知义务。	
4.3	安全隐患整改		
4.3.1	检查中发现的问题应以正式形式通知到相关负责人	(46) 通知的方式包括校网上公告、实验实训场所安全简报、书面或电子的整改通知书等形式。	
4.3.2	二级单位应对问题隐患进行及时整改	(47) 整改报告应在规定时间内提交学校管理部门。 (48) 如存在重大隐患，实验实训场所应立即停止实验实训活动，整改完成或采取相应防护措施后方可恢复实验实训。	
4.4	安全报告		
4.4.1	学校有定期/不定期的安全检查通报	(49) 存有相关资料或电子文档。	
4.4.2	二级单位有安全检查及整改记录	(50) 存有相关资料或电子文档。	
5	实验实训场所		
5.1	场所环境		
5.1.1	实验实训场所应张贴安全信息牌，标志标识要准确清晰	(51) 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
5.1.2	实验实训场所应具备合理的安全空间布局	(52) 超过 200 平方米的实验实训楼层具有至少两处紧急出口, 75 平方米以上实验实训场所要有两个出入口。 (53) 实验实训楼大走廊保证留有大于 1.5 米净宽的消防通道。 (54) 实验实训场所操作区层高不低于 2 米。 (55) 理工农医类实验实训场所内多人同时进行实验实训操作时, 人均操作面积不小于 2.5 平方米。	
5.1.3	实验实训场所消防通道通畅, 公共场所不堆放仪器和物品	(56) 保持消防通道通畅, 确保逃生路线畅通。	
5.1.4	实验实训场所建设和装修应符合消防安全要求	(57) 实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料。 (58) 仪器设备安装符合建筑物承重载荷。 (59) 有可燃气体的实验实训场所不设吊顶。 (60) 不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等, 应及时拆除或封闭。 (61) 实验实训场所门上有观察窗, 外开门不阻挡逃生路径。	
5.1.5	实验实训场所所有房间均须配有应急备用钥匙	(62) 应急备用钥匙需集中存放、统一管理, 应急时方便取用。	
5.1.6	实验实训设备需做好振动减震、电磁屏蔽和噪音降噪	(63) 容易产生振动的设备, 需考虑建立合理的减震措施。 (64) 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备, 需做好磁屏蔽。 (65) 实验实训场所噪声一般不高于 55 分贝 (机械设备不高于 70 分贝)。	
5.1.7	实验实训场所水、电、气管线布局合理, 安装施工规范	(66) 采用管道供气的实验实训场所, 输气管道及阀门无漏气现象, 并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识, 无破损。 (67) 高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离。	
5.2	卫生与日常管理		
5.2.1	实验实训场所分区应相对独立, 布局合理	(68) 有毒有害实验实训区与学习区明确分开, 合理布局, 重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验实训场所。如部分区域分区不明显, 现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
5.2.2	实验实训场所环境应整洁卫生有序	(69) 实验实训场所物品摆放有序, 卫生状况良好, 实验实训完毕物品归位, 无废弃物品、不放无关物品。 (70) 不在实验实训场所睡觉过夜, 不存放和烧煮食物、饮食, 禁止吸烟、不使用可燃性蚊香。	
5.2.3	实验实训场所有卫生安全制度	(71) 实验实训期间有记录。	
5.3	场所其他安全		
5.3.1	每间实验实训场所均有编号并登记造册	(72) 现场查看门牌, 查阅档案。	
5.3.2	危险性实验实训场所应配备急救物品	(73) 配备的药箱不得上锁, 定期检查药品是否在保质期内并及时更换。	
5.3.3	停用的实验实训场所有安全防范措施和明显标识	(74) 查看现场。	
6	安全设施		
6.1	消防设施		
6.1.1	实验实训场所应配备合适的灭火设备, 并定期开展使用训练	(75) 烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等, 应正常有效、方便取用。 (76) 灭火器种类配置正确, 且在有效期内(压力指针位置正常等), 安全销(拉针)正常, 瓶身无破损、腐蚀。 (77) 有结合实验实训要求配置的微型消防站。	
6.1.2	紧急逃生疏散路线通畅	(78) 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图, 疏散路线图的逃生路线应有二条(含)以上, 路线与现场情况符合。 (79) 主要逃生路径(室内、楼梯、通道和出口处)有足够的紧急照明灯, 功能正常, 并设置有效标识指示逃生方向。 (80) 人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项(现场调查人员熟悉程度)。	
6.2	应急喷淋与洗眼装置		
6.2.1	存在燃烧和腐蚀风险的实验实训区域, 需配置应急喷淋和洗眼装置	(81) 应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标识。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
6.2.2	应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用	<p>(82) 应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过 30 米。应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀为常开状，喷淋头下方无障碍物。</p> <p>(83) 不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置。</p> <p>(84) 洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度 8~10 厘米），水流畅通平稳。</p>	
6.2.3	定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护	<p>(85) 经常擦拭洗眼喷头，无锈水脏水，有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）。</p>	
6.3	通风系统		
6.3.1	有需要的实验实训场所配备符合设计规范的通风系统	<p>(86) 管道风机需防腐，使用可燃气体场所宜采用防爆风机。</p> <p>(87) 实验实训场所通风系统运行正常，柜口面风速 0.35~0.75 米/秒，定期进行维护、检修。</p> <p>(88) 屋顶风机固定无松动、无异常噪声。</p> <p>(89) 结合实验实训场所内气体特性选用，符合绿色环保低碳理念。</p>	
6.3.2	通风柜配置合理、使用正常、操作合规	<p>(90) 实验实训场所排出的有害物质浓度超过国家现行标准规定的允许排放标准时，应采取净化措施，做到达标排放。</p> <p>(91) 任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都应在通风柜内进行。</p> <p>(92) 进行实验时，通风柜可调玻璃视窗开至离台面 10~15 厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位。</p> <p>(93) 实验人员在通风柜进行实验时，避免将头伸入调节门内。不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。</p> <p>(94) 通风柜内放置物品应距离调节门内侧 15 厘米以上，以免掉落。</p> <p>(95) 玻璃视窗材料应是钢化玻璃。</p>	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
6.4	门禁监控		
6.4.1	重点场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理	(96) 关注重点场所，如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理。	
6.4.2	门禁和监控系统运转正常，与实验实训场所准入制度相匹配	(97) 监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间不少于 30 天。 (98) 停电时，电子门禁系统应是开启状态或者有备用机械钥匙。	
6.5	实验实训场所防爆		
6.5.1	有防爆需求的实验实训场所需符合防爆设计要求	(99) 安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统、应急系统等。 (100) 对于产生可燃气体或蒸汽的装置，应在其进、出口处安装阻火器。 (101) 室内应加强通风，防止爆炸物聚积。	
6.5.2	应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备	(102) 使用合适的安全罩防护。	
7	基础安全		
7.1	用电用水基础安全		
7.1.1	实验实训场所用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准	(103) 实验实训场所电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装。 (104) 电源插座须有效固定。 (105) 电气设备应配备空气开关和漏电保护器。 (106) 不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面。 (107) 禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套，不使用老国标接线板。 (108) 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板）。 (109) 电器长期不用时，应切断电源。 (110) 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
7.1.2	给水、排水系统布置合理，运行正常	(111) 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损。 (112) 各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）。 (113) 各楼层及实验实训场所的各级水管总阀需有明显的标识。	
7.2	个人防护		
7.2.1	实验实训人员需配备合适的个人防护用品	(114) 进入实验实训场所人员需穿着质地合适的实验服或防护服。 (115) 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等。 (116) 进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜。 (117) 操作机床等旋转设备时，不得穿戴长围巾、丝巾、领带等，长发需盘在工作帽内。 (118) 穿着化学、生物类实验服或戴实验手套，不得随意进入非实验区。 (119) 按要求配备自动体外除颤器（AED）。	
7.2.2	个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识	(120) 在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用。	
7.2.3	各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录	(121) 检查培训及维护记录。	
7.3	其他		
7.3.1	危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场	(122) 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度。	
7.3.2	实验台面整洁、实验记录规范	(123) 查看实验台面和实验记录。	
8	化学安全		
8.1	危险化学品购置		
8.1.1	危险化学品采购需要符合要求	(124) 危险化学品须向具有生产经营许可资质的单位进行购买，查看相关供应商的经营许可资质证书复印件。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
8.1.2	剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序合规	(125) 购买前须经学校审批, 报公安部门批准或备案后, 向具有经营许可资质的单位购买, 并保留报批及审批记录。 (126) 建立购买、验收、使用等台账资料。 (127) 不得私自从外单位获取管制化学品。	
8.1.3	麻醉药品、精神药品等购买前须向药品监督管理部门申请	(128) 报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购。	
8.1.4	保障化学品、气体运输安全	(129) 现场抽查, 校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范。	
8.2	实验实训场所化学品存放		
8.2.1	实验实训场所内危险化学品建有动态台账	(130) 建立实验实训场所危险化学品动态台账, 并有化学品安全技术说明书(MSDS) 或安全周知卡, 方便查阅。 (131) 定期清理废旧试剂, 无累积现象。 (132) 建有信息化动态监控和智慧管理系统。	
8.2.2	化学品有专用存放空间并科学有序存放	(133) 储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全。 (134) 易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应保证充足的通风。 (135) 试剂柜中不能有电源插座或接线板。 (136) 化学品有序分类存放, 固体液体不混乱放置, 互为禁忌的化学品不得混放, 试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂。 (137) 配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能。	
8.2.3	实验实训场所内存放的危险化学品总量符合规定要求	(138) 危险化学品(不含压缩气体和液化气体)原则上不应超过 100 公升或 100 千克, 其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过 50 公升或 50 千克, 且单一包装容器不应大于 20 公升或 20 千克(按 50 平方米为标准, 存放量以实验实训场所面积比考量)。 (139) 单个实验装置存在 10 公升以上甲类物质储罐, 或 20 公升以上乙类物质储罐, 或 50 公升以上丙类物质储罐时, 需加装泄漏报警器及通风联动装置。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
8.2.4	化学品标签应显著完整清晰	(140) 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签。 (141) 当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时, 转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上, 如不能确认, 则以不明废弃化学品处置。	
8.3	实验操作安全		
8.3.1	制定危险实验实训、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程 (SOP)、应急预案	(142) 指导书和预案上墙或便于取阅, 实验实训人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施, 按照指导书进行实验实训。	
8.3.2	危险化工工艺和装置应设置自动控制和电源冗余设计	(143) 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统; (144) 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源。	
8.3.3	做好有毒有害废气的处理和防护	(145) 对于产生有毒有害废气的实验实训项目, 须在通风柜中进行, 并在实验实训装置尾端配有气体吸收装置, 配备合适有效的呼吸器。	
8.4	管制类化学品管理		
8.4.1	剧毒化学品执行“五双”管理 (即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账), 技防措施符合管制要求	(146) 单独存放、不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放。 (147) 有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记, 登记资料至少保存 1 年。 (148) 防盗安全门应符合 GB17565 的要求, 防盗安全级别为乙级 (含) 以上, 防盗锁应符合 GA/T73 的要求, 防盗保险柜应符合《防盗保险柜》GB10409-2001 的要求, 监控管控执行公安要求。	
8.4.2	麻醉药品和第一类精神药品管理符合“双人双锁”, 有专用账册	(149) 设立专库或者专柜储存, 专库应当设有防盗设施并安装报警装置, 专柜应当使用保险柜, 专库和专柜应当实行双人双锁管理。 (150) 配备专人管理并建立专用账册, 专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于 5 年。	
8.4.3	易制爆化学品存量合规、双人双锁保管	(151) 存放场所出入口应设置防盗安全门, 或存放在专用储存柜内, 储存场所防盗安全级别应为乙级 (含) 以上, 专用储存柜应具有防盗功能, 符合双人双锁管理要求, 台账账册保存期限不少于 1 年。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
8.4.4	易制毒化学品储存规范，台账清晰	(152) 设置专库或者专柜储存，专库应当设有防盗设施。 (153) 第一类易制毒化学品、药品类易制毒化学品实现双人双锁管理，账册保存期限不少于 2 年。第二、三类易制毒品实行上锁管理，并记录台账。	
8.4.5	爆炸品单独隔离、限量存储，使用、销毁按照公安部门要求执行	(154) 收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符。	
8.5	实验气体管理		
8.5.1	从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台账	(155) 查看记录。	
8.5.2	气体的存放和使用符合相关要求	(156) 气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥。 (157) 气瓶应合理固定。 (158) 危险气体钢瓶尽量置于室外，室内放置应使用常期排风且带监测报警装置的气瓶柜。 (159) 气瓶的存放应控制在最小需求量。 (160) 涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等，张贴必要的安全警示标识。 (161) 可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放。 (162) 独立的气体钢瓶室应通风、不混放、有监控，有专人管理和记录。 (163) 有供应商提供的钢瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期的气瓶、无超过设计年限的气瓶。 (164) 钢瓶气瓶颜色符合 GB/T 7144 的规定要求，确认“满、使用中、空瓶”三种状态。 (165) 使用完毕，应及时关闭气瓶总阀。 (166) 钢瓶附件齐全，未在使用中的气瓶应有气瓶帽。	
8.5.3	较小密封空间使用可引起窒息的气体，需安装有氧含量监测，设置必要的气体报警装置	(167) 存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体（液氮、液氩）的较小密闭空间，为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，须安装氧含量监测报警装置。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
8.5.4	气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识	(168) 管路材质选择合适, 无破损或老化现象, 定期进行气密性检查; 存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图, 管路标识正确。	
8.6	化学废弃物处置管理		
8.6.1	实验实训场所应设立化学废弃物暂存区	(169) 暂存区应远离火源、热源和不相容物质, 避免日晒、雨淋, 存放两种及以上不相容的实验实训场所危险废物时, 应分不同区域。 (170) 暂存区应有警示标识并有防遗洒、防渗漏设施或措施。	
8.6.2	实验实训场所内须规范收集化学废弃物	(171) 危险废物应按化学特性和危险特性, 进行分类收集和暂存。 (172) 废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中, 保留原标签, 并瓶口朝上放入专用固废箱中。 (173) 针头等利器需放入利器盒中收集。 (174) 废液应分类装入专用废液桶中, 液面不超过容量的 3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求。 (175) 实验实训场所危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志。 (176) 严禁将实验实训场所危险废物直接排入下水道, 严禁与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装。	
8.6.3	化学废弃物的转运须合规	(177) 委托有危险废物处置资质的专业厂家集中处置化学废弃物, 查看协议。 (178) 建立危险废物管理台账, 如实记录有关信息, 包括种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 (179) 校外转运之前, 贮存站必须妥善管理实验实训场所危险废物, 采取有效措施, 防止废物的扬散、流失、渗漏或其他环境污染。 (180) 转运人员应使用专用运输工具, 运输前根据运输废物的危险特性, 应携带必要的应急物资和个人防护用具, 如收集工具、手套、口罩等。 (181) 实验实训场所危险废物的校外转运必须按照国家有关规定填写危险废物电子或者纸质转移联单, 任何单位和个人未经许可不得非法转运。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
8.6.4	学校应建设化学废弃物贮存站并规范管理	<p>(182) 制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案；</p> <p>(183) 贮存站应有具体的管理办法并将贮存站安全运行、实验实训场所危险废物出站转运等日常管理工作落实到相关人员的岗位职责中。</p> <p>(184) 贮存设施、场所应当按照规定设置危险废物识别标志。</p> <p>(185) 贮存站管理员须作好实验实训场所危险废物收集及外送情况的记录。</p>	
8.7	危化品仓库与废弃物贮存站		
8.7.1	学校建有危险品仓库、化学实验废弃物贮存站，对废弃物集中定点存放	<p>(186) 危险品仓库、化学实验废弃物贮存站须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄漏报警、应急喷淋、安全警示标识等技防措施，符合相关规定，专人管理。</p> <p>(187) 危险品仓库、化学实验废弃物贮存站的消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯、砂箱、自动喷淋等）。</p> <p>(188) 危险品仓库、化学实验废弃物贮存站不能建设在地下室空间，若在实验楼内，必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄漏报警、应急喷淋等技防措施，面积不超过 30 平方米。</p> <p>(189) 危险品仓库的试剂不混放，整箱试剂的叠加高度不大于 1.5 米。</p>	
8.8	其他化学安全		
8.8.1	配制试剂需要张贴标签	<p>(190) 装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。</p> <p>(191) 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。</p>	
8.8.2	不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿	(192) 查看现场。	
8.8.3	实验场所工作人员职业健康管理	(193) 查看档案。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
9	生物安全		
9.1	实验实训场所资质		
9.1.1	开展病原微生物实验研究的实验实训场所，须具备相应的安全等级资质	(194) BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4 实验实训场所须经政府部门批准建设，BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2 实验实训场所由学校建设后报卫生或农业部门备案。	
9.1.2	在规定等级实验实训场所中开展涉及病原微生物的实验	(195) 以国家法律、法规、标准、规范，以及权威机构发布的指南、数据等为依据，对涉及的致病性生物因子进行风险评估，选择对应的实验实训场所安全级别进行致病性病原微生物研究，重点关注：开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入一类、二类）相关实验和研究，必须在 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4 实验实训场所中进行；开展低致病性病原微生物（列入三类、四类），或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在 BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2 或以上等级实验实训场所中进行。	
9.2	场所与设施		
9.2.1	实验实训场所安全防范设施达到相应生物安全实验实训场所要求，各区域分布合理、气压正常	(196) BSL-2/ABSL-2 及以上安全等级实验实训场所须设门禁管理和准入制度，储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施，BSL-3/ABSL-3 及以上安全等级实验实训场所须安装监控报警装置。	
9.2.2	配有符合相应要求的生物安全设施	(197) BSL-2/ABSL-2 及以上安全等级实验实训场所须配有 II 级生物安全柜，定期进行检测，B 型生物安全柜需有正常通风系统。 (198) BSL-2/ABSL-2 及以上安全等级实验实训场所应配备消防器材和设施、应急供电（至少延时半小时），必要的应急淋浴及洗眼装置。 (199) BSL-2/ABSL-2 及以上安全等级实验实训场所的传递窗功能正常、内部不存放物品；安装有防虫纱窗、入口处有挡鼠板。 (200) 生物安全实验实训场所配有压力蒸汽灭菌器，每次使用时监测灭菌效果。	
9.2.3	场所消毒要保证人员安全	(201) 使用紫外灯的生物安全实验实训场所应设安全警示标志，尤其应对紫外灯开关张贴警示标识。 (202) 使用紫外灯的生物安全实验实训场所在消毒过程中禁止人员进入。采用紫外加臭氧方式消毒应在消毒时间结束后有一定的排风时间，臭氧消散后人员方可进入。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
9.3	病原微生物采购与保管		
9.3.1	采购或自行分离高致病性病原微生物菌（毒）种，须办理相应申请和报批手续	（203）采购病原微生物须从有资质的单位购买，具有相应合格证书。须按照学校流程审批，报行业主管部门批准。 （204）转移和运输病原微生物需按规定报卫生和农业主管部门批准，并按相应的运输包装要求包装后转移和运输。	
9.3.2	高致病性病原微生物菌（毒）种应妥善保管和严格管理	（205）病原微生物菌（毒）种保存在带锁冰箱或柜子中，高致病性病原微生物实行双人双锁管理。有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录。	
9.4	人员管理		
9.4.1	开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训	（206）人员经考核合格，并取得证书。	
9.4.2	为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估	（207）实施监测和治疗方案，并妥善保管相应的医学记录。有上岗前体检和离岗体检，长期工作有定期体检。	
9.4.3	制定相应的人员准入制度	（208）外来人员进入生物安全实验实训场所需经负责人批准，并有相关的教育培训、安全防护措施。出现感冒发热等症状时，不得进行病原微生物实验。	
9.4.4	实验场所工作人员职业健康管理	（209）查看档案。	
9.5	操作与管理		
9.5.1	制定并采用生物安全手册，有相关标准操作规范	（210）有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范。	
9.5.2	开展相关实验活动的风险评估和应急预案	（211）BSL-2 /ABSL-2 及以上等级实验实训场所，开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案，包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面处置程序。	
9.5.3	实验操作合规，安全防护措施合理	（212）在合适的生物安全柜中进行实验操作；不得在超净工作台进行病原微生物实验。 （213）安全操作高速离心机，小心防止离心管破损或盖子破损造成溢出或气溶胶散发。 （214）有合适的个人防护措施，禁止戴防护手套操作相关实验以外的设施设备。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
9.6	实验动物安全		
9.6.1	实验动物的购买、饲养、解剖等须符合相关规定	(215) 饲养实验动物的场所应有资质证书，实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明，用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格。 (216) 解剖实验动物时，必须做好个人防护。 (217) 定期组织健康检查。	
9.6.2	动物实验按相关规定进行伦理审查，保障动物权益	(218) 学校有伦理审查机构，查看伦理审查记录。	
9.7	生物实验废物处置		
9.7.1	生物废弃物的中转和处置规范	(219) 学校与有资质的单位签约处置感染性废物，有交接记录，形成电子或者纸质台账。 (220) 学校有生物废弃物中转站或收集点，生物废物及时收集转运。	
9.7.2	生物废弃物与其他类别废物分开，且做好防护和消杀	(221) 生物废物应与化学废物、生活垃圾等分开存储。 (222) 实验实训场所内配备生物废物垃圾桶（内置生物废物专用塑料袋），并粘贴专用标签标识。 (223) 刀片、移液枪头等尖锐物应使用利器盒或耐扎纸板箱盛放，送储时再装入生物废物专用塑料袋，贴好标签。 (224) 动物实验结束后，动物尸体及组织应做无害化处理，废物彻底灭菌后方可处置。 (225) 涉及病原微生物或其他细菌类的生物废物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理，然后由有资质的公司进行最终处置。 (226) 高致病性生物材料废物处置实现溯源追踪。	
10	辐射安全与核材料管制		
10.1	资质与人员要求		
10.1.1	辐射工作单位须取得辐射安全许可证	(227) 按规定在放射性核素种类和用量以及射线种类许可范围内开展实验。除已被豁免管理外，射线装置、放射源或者非密封放射性物质应纳入许可证范畴。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
10.1.2	辐射工作人员须经过专门培训，定期参加职业体检	(228) 辐射工作人员具有《辐射安全与防护培训合格证书》，或者《生态环境部辐射安全与防护考核通过报告单》。 (229) 辐射工作人员按时参加放射性职业体检（2年1次），有健康档案。 (230) 辐射工作人员进入实验场所须佩戴个人剂量计，剂量计委托有资质的单位按时进行剂量监测（3个月一次）。	
10.1.3	核材料许可证持有单位须建立专职机构或指定专人负责保管核材料，执行国家法律法规要求。有帐目与报告制度，保证帐物相符	(231) 持有核材料数量达到法定要求的单位须取得核材料许可证，有专职机构或指定专人负责核材料管制工作，核材料衡算和核安保工作执行国家法律法规要求。	
10.2	场所设施与采购运输		
10.2.1	辐射设施和场所应设有警示、连锁和报警装置	(232) 放射源储存库应设“双人双锁”，并有安全报警系统和视频监控系統。 (233) 辐照设施设备和2类以上射线装置具有能正常工作的安全连锁装置和报警装置，有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪。	
10.2.2	辐射实验场所每年有合格的实验场所检测报告	(234) 查看场所辐射环境监测报告。	
10.2.3	放射性物质的采购、转移和运输应按规定报批	(235) 放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及生态环境部门的审批备案材料，采购和转让转移前必须先做环境影响评价工作。 (236) 放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料。 (237) 放射源、放射性物质以及3类以上射线装置储存和使用场所变更应重新开展环境影响评价。	
10.3	放射性实验安全及废物处置		
10.3.1	各类放射性装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行	(238) 重点关注 γ 辐照、电子加速器、射线探伤仪、非密封性放射性实验操作、5类以上的密封性放射性实验操作。 (239) 查看辐射事故应急预案及应急演练记录（每年不少于一次演练）。	
10.3.2	放射源及设备报废时有符合国家相关规定	(240) 中、长半衰期核素固液废物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议，短	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
	的处置方案或回收协议	半衰期核素固液废弃物放置 10 个半衰期经检测达标后作为普通废物处理,并有处置记录。 (241) 报废含有放射源或可产生放射性的设备,需报学校管理部门同意,并按国家规定进行退役处置。X 光管报废时应破坏高压设备,拍照留存。 (242) 涉源实验场所退役,须按国家相关规定执行。	
10.3.3	放射性废物(源)应严加管理,不得作为普通废物处理,不得擅自处置	(243) 相关实验实训场所应当配置专门的放射性废物收集桶;放射性废液送贮前应进行固化整备。 (244) 放射性废物应及时送交城市放射性废物库收贮。 (245) 排放气态或液态放射性流出物应严格按照环评和地方生态环境部门批准的排放量和排放方式执行。	
11	机电等安全		
11.1	仪器设备常规管理		
11.1.1	建立设备台账,设备上有资产标签,有明确的管理人员	(246) 查看电子或纸质台账。	
11.1.2	大型、特种设备的使用需符合相关规定	(247) 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配,有设备运行维护的记录,有安全操作规程或注意事项。	
11.1.3	仪器设备的接地和用电符合相关要求	(248) 仪器设备接地系统应按规范要求,采用铜质材料,接地电阻不高于 0.5 欧; (249) 电脑、空调、电加热器等不随意开机过夜。对于不能断电的特殊仪器设备,采取必要的防护措施(如双路供电、不间断电源、监控报警等)。	
11.1.4	特殊设备应配备相应安全防护措施	(250) 关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备,对使用者有培训要求,有安全警示标识和安全警示线(黄色),设备安全防护措施完好。 (251) 自研自制设备,须充分考虑安全系数,并有安全防护措施。	
11.2	机械安全		
11.2.1	机械设备应保持清洁整齐,可靠接地	(252) 机床应保持清洁整齐,严禁在床头、床面、刀架上放置物品。 (253) 机械设备可靠接地,实验实训结束后,应切断电源,整理好场地并将实验实训用具等摆放整齐,及时清理机械设备产生的废渣、废屑。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
11.2.2	操作机械设备时实验实训人员应做好个人防护	<p>(254) 个人防护用品要穿戴齐全, 如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等。操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服, 不能留长发(长发要盘在工作帽内), 禁止戴手套。</p> <p>(255) 进入高速切削机械操作工作场所, 穿好工作服工作鞋、戴好防护眼镜、扣紧衣袖口, 戴好工作帽(长发学生必须将长发盘在工作帽内), 禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物, 禁穿拖鞋、高跟鞋等。设备运转时严禁用手调整工件。</p>	
11.2.3	铸锻及热处理实验实训应满足场地和防护要求	<p>(256) 铸造实验实训场地宽敞、通道畅通, 使用设备前, 操作者要按要求穿戴好防护用品。</p> <p>(257) 盐浴炉加热零件必须预先烘干, 并用铁丝绑牢, 缓慢放入炉中, 以防盐液炸崩烫伤。</p> <p>(258) 淬火油槽不得有水, 油量不能过少, 以免发生火灾。</p> <p>(259) 与铁水接触的一切工具, 使用前必须加热, 严禁将冷的工具伸入铁水内, 以免引起爆炸。</p> <p>(260) 锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件, 锻造时锻件应达到 850℃以上, 锻锤空置时应垫有木块。</p>	
11.2.4	高空作业应符合相关操作规程	<p>(261) 在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行作业, 须穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带。</p> <p>(262) 临边作业须在临空一侧设置防护栏杆, 有相关安全操作规程。</p>	
11.3	电气安全		
11.3.1	电气设备的使用应符合用电安全规范	<p>(263) 各种电器设备及电线应始终保持干燥, 防止浸湿, 以防短路引起火灾或烧坏电气设备。</p> <p>(264) 试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排, 并设有多点接地引出端。</p> <p>(265) 高压、大电流等强电实验实训场所要设定安全距离, 按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁, 有安全隔离装置或屏蔽遮栏(由金属制成, 并可可靠接地, 高度不低于 2 米)。</p>	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		<p>(266) 控制室(控制台)应铺橡胶、绝缘垫等。</p> <p>(267) 强电实验实训场所禁止存放易燃、易爆、易腐品,保持通风散热。</p> <p>(268) 应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统。</p> <p>(269) 禁止在有可燃气体泄漏隐患的环境中使用电动工具;电烙铁有专门搁架,用毕立即切断电源。</p> <p>(270) 强磁设备应配备与大地相连的金属屏蔽网。</p>	
11.3.2	操作电气设备应配备合适的防护器具	(271) 强电类实验实训必须二人(含)以上,操作时应戴绝缘手套;防护器具按规定进行周期试验或定期更换;静电场所,要保持空气湿润,工作人员要穿戴防静电服、手套和鞋靴。	
11.4	激光安全		
11.4.1	激光实验实训场所配有完备的安全屏蔽设施	(272) 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩,激光照射方向不会对他人造成伤害,防止激光发射口及反射镜上扬。	
11.4.2	激光实验时须佩戴合适的个人防护用具	(273) 操作人员穿戴防护眼镜等防护用品、不带手表等能反光的物品,禁止直视激光束和它的反向光束,禁止对激光器件做任何目视准直操作,禁止用眼睛检查激光器故障,激光器必须在断电情况下进行检查。	
11.4.3	警告标识	(274) 所有激光区域内张贴警告标识。	
11.5	粉尘安全		
11.5.1	粉尘爆炸危险场所,应选用防爆型的电气设备	<p>(275) 防爆灯、防爆电气开关,导线敷设应选用镀锌管或水煤气管,必须达到整体防爆要求。</p> <p>(276) 粉尘加工要有除尘装置,除尘器符合防静电安全要求,除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置,使用工具具有防爆功能或不产生火花。</p>	
11.5.2	产生粉尘的实验实训场所,须穿戴合适的个人防护用具	(277) 粉尘爆炸危险场所应穿防静电棉质衣服,禁止穿化纤材料制作的衣服,工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器。	
11.5.3	确保实验实训场所粉尘浓度在爆炸限以下,并配备灭火装置	(278) 粉尘浓度较高的场所,适当配备加湿装置;配备合适的灭火装置。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
12	特种设备与常规冷热设备		
12.1	起重类设备		
12.1.1	符合《特种设备目录》要求的设备须取得《特种设备使用登记证》	(279) 额定起重量大于或者等于 0.5t 的升降机；额定起重量大于或者等于 3t（或额定起重力矩大于或者等于 40t·m 的塔式起重机，或生产率大于或者等于 300t/h 的装卸桥），且提升高度大于或者等于 2m 的起重机；层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备，须取得《特种设备使用登记证》。	
12.1.2	起重机械作业人员、检验单位须有相关资质	(280) 起重机指挥、起重机司机须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每 4 年复审一次。 (281) 委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置。	
12.1.3	起重机械需定期保养，设置警示标识，安装防护设施	(282) 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录。 (283) 制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施。 (284) 起重设备声光报警正常，室内起重设备应标有运行通道。 (285) 废弃不用的起重机械应及时拆除。	
12.2	压力容器		
12.2.1	规定压力容器须取得《特种设备使用登记证》	(286) 最高工作压力大于或者等于 0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于 30L 且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于 150mm 的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPa·L 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于 60℃ 液体的气瓶；氧舱等盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，须取得《特种设备使用登记证》；设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理。	
12.2.2	压力容器作业人员、检验单位须有相关资质	(287) 快开门式压力容器操作人员、移动式压力容器充装人员、氧舱维护保养人员，取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每 4 年复审一次。 (288) 委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		(289) 安全阀或压力表等附件需委托有资质单位定期校验或检定。	
12.2.3	压力容器的存放区域合理，有安全警示标识	(290) 大型实验气罐的存储场所应通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射，严禁明火和其他热源。 (291) 大型实验气体（窒息、可燃类）罐必须放置在室外，周围设置隔离装置、安全警示标识。 (292) 可燃性气罐要远离火源热源。	
12.2.4	存储可燃、爆炸性气体的气罐满足防爆要求	(293) 容器的电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置。 (294) 电气设施应防爆，避雷装置接地良好。	
12.2.5	压力容器应有专用管理制度和操作规程，实行使用登记	(295) 制定大型气罐管理制度和操作规程，定期检查大型实验气罐外观及附件是否完好，落实维护、保养及安全责任制。 (296) 实行使用登记制度，及时填写使用登记表。	
12.3	场（厂）内专用机动车辆		
12.3.1	场（厂）内专用机动车辆须取得《特种设备使用登记证》	(297) 除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆须取得《特种设备使用登记证》。	
12.3.2	作业人员取得《特种设备作业人员证》，持证上岗	(298) 作业人员的《特种设备作业人员证》在有效期内。	
12.3.3	委托有资质单位进行定期检验	(299) 合格证在有效期内。	
12.4	加热及制冷装置管理		
12.4.1	贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求	(300) 贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，并在冰箱门上注明是否防爆。	
12.4.2	冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封	(301) 标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理。 (302) 实验实训场所冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验实训用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁。	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
12.4.3	冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求	<p>(303) 冰箱不超期使用（一般使用期限控制为 10 年），如超期使用需经审批。</p> <p>(304) 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热。</p> <p>(305) 烘箱、电阻炉不超期使用（一般使用期限控制为 12 年），如超期使用需经审批。</p> <p>(306) 加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等，应远离配电箱、插座、接线板等设备。</p>	
12.4.4	烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程	<p>(307) 加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标识。</p> <p>(308) 烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品。</p> <p>(309) 不得使用塑料筐等易燃容器盛放实验实训物品在烘箱等加热设备内烘烤。</p> <p>(310) 使用烘箱完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方可离开。</p> <p>(311) 使用电阻炉等明火设备时有人值守。</p> <p>(312) 使用加热设备时，温度较高的实验实训需有人值守或有实时监控措施。</p>	
12.4.5	使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措	<p>(313) 涉及化学品的实验实训场所不使用明火电炉。如必须使用，须有安全防范措施。</p> <p>(314) 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂。</p> <p>(315) 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头。</p> <p>(316) 不可用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱。</p>	

附件 2

职业学校实验实训场所安全分级参照表

安全级别	参考分级依据
<p>I 级实验实训场所 (重大风险实验实训场所)</p>	<p>实验实训场所有以下情况之一的：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 实验实训原料或产物含剧毒化学成分； (2) 使用剧毒化学品； (3) 存储第一类易制毒品、第一类精神药品； (4) 存储易燃易爆化学品总量大于 50KG 或 50L； (5) 存储有毒、易燃气体总量药\geq6 瓶； (6) 生物安全 BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4 实验实训场所； (7) 使用 I、II 类射线设备； (8) 使用放射性同位素、放射源、核材料； (9) 使用机电类特种设备； (10) 使用超高压等第三类压力容器； (11) 使用强磁、强电设备； (12) 使用 4、3R、3B 类激光设备； (13) 使用富氧涉爆实验实训场所自制设备； (14) 学校自行规定的其他情况。 <p>按照《职业学校实验实训场所安全风险评价表》评分达到 100 分的实验实训场所</p>
<p>II 级实验实训场所 (高风险实验实训场所)</p>	<p>实验实训场所有以下情况之一的：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 存储第二类精神药品； (2) 存储易燃易爆化学品总量为 20~50kg 或 20~50L； (3) 存储有毒、易燃气体总量为 3~6 (不含) 瓶； (4) 生物安全 BSL-2、ABSL-2 实验实训场所； (5) 使用第一类、第二类压力容器； (6) 学校自行规定的其他情况。 <p>按照《职业学校实验实训场所安全风险评价表》评分在 [75,100) 范围的实验实训场所</p>

<p>III 级实验实训场所 (中风险实验实训场所)</p>	<p>实验实训场所有以下情况之一的：</p> <p>(1) 存储第二 / 三类易制毒品；</p> <p>(2) 生物安全 BSL-1、ABSL-1 实验实训场所；</p> <p>(3) 基础设备老化；</p> <p>(4) 学校自行规定的其他情况。</p> <p>按照《职业学校实验实训场所安全风险评价表》评分在 [25,75) 范围的实验实训场所</p>
<p>IV 级实验实训场所 (低风险实验实训场所)</p>	<p>实验实训场所有以下情况之一的：</p> <p>(1) 不涉及重要危险源的实验实训场所；</p> <p>(2) 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验实训场所；</p> <p>(3) 职业学校自行规定的其他情况。</p> <p>按照《职业学校实验实训场所安全风险评价表》评分在 [0,25) 范围的实验实训场所</p>

注：

1. 实验实训场所分级先按表中各级实验实训场所对应的参考情况划分，无所列情况的，按《职业学校实验实训场所安全风险评价表》进行累计评分确定等级。

2. 对于既有本表所列参考情况，又有《职业学校实验实训场所安全风险评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实验实训场所等级。

附件 3

职业学校实验实训场所安全风险评价表

每项计分	风险源
25 分	(1) 存储易燃易爆化学品总量 5~20kg 或 5~20L; (2) 存储一般危化品总量 50~100kg 或 50~100L; (3) 存储有毒、易燃气体总量为 2~4 (不含) 瓶; (4) 使用 III 类射线设备的数量 \geq 2 台; (5) 使用简单压力容器的数量 \geq 3 台; (6) 使用危险机加工装置的数量 \geq 3 台; (7) 使用加热设备数量 \geq 6 台; (8) 每月危险废物产生量 \geq 100L 或 kg; (9) 使用高电压设备电压 \geq 10Kv; (10) 职业学校自行规定的其他情况。
10 分	(1) 使用超过人体安全电压 (36V) 的实验; (2) 涉及合成放热实验; (3) 涉及压力实验; (4) 产生易燃气体的实验; (5) 涉及持续加热实验; (6) 使用一般实验实训场所自制设备; (7) 存储易燃易爆化学品 $<$ 5kg 或 5L; (8) 实验实训场所存储一般危化品总量 $<$ 50kg 或 50L; (9) 存储有毒、易燃气体 1 瓶; (10) 存储或使用有活性的病原微生物, 对人或其他动物感染性较弱, 或感染后易治愈; (11) 使用简单压力容器 1~2 台; (12) 使用 III 类射线设备 1 台; (13) 使用危险机加工装置 1~2 台; (14) 使用一般机加工装置的数量 \geq 5 台; (15) 一般用电设备负载 \geq 80%设计负载;

	<p>(16) 使用 2、2M、1、1M 类激光设备的数量 ≥ 3 台；</p> <p>(17) 每月危险废物产生量为 20~100L 或 kg；</p> <p>(18) 使用 3~5 台加热设备数量；</p> <p>(19) 使用每 1 台明火设备；</p> <p>(20) 职业学校自行规定的其他情况。</p>
5 分	<p>(1) 存储普通气体 1~4 瓶；</p> <p>(2) 使用一般机加工装置 1~4 台；</p> <p>(3) 使用 2、2M、1、1M 类激光设备 1~2 台；</p> <p>(4) 每月危险废物产生量 < 20L 或 kg；</p> <p>(5) 使用 1~2 台加热设备；</p> <p>(6) 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每 1 台；</p> <p>(7) 使用每 1 台快捷电热设备；</p> <p>(8) 职业学校自行规定的其他情况。</p>

注：

- (1) 表中所称实验实训场所均以面积为 75 m²计，其他面积可按比例调整评价内容；
- (2) 表中符合任 1 种情况计相应分数，符合多种情况分数累加计算，最高 100 分；
- (3) 实验实训场所自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验实训活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制实验实训装置进行管理。

附件 4

职业学校实验实训场所分类参照表

序号	实验实训场所分类	分类参照依据
1	化学化工类	包括从事化学、药学、化学工程、环境科学与工程、材料科学与工程等较多涉及化学试剂或化学反应的实验实训场所。这类实验中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学品（含实验气体）可能带来的化学性危险源，另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源。
2	生物医药类	包括从事基因工程、微生物学等生物和医学专业中较多涉及病毒、细菌、真菌等微生物研究和动物研究的实验实训场所。这类实验实训场所中细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物等为主要危险源，它们的释放、扩散可能会污染实验实训场所内外环境的空气、水、物体表面或感染人体。涉及病原微生物的实验实训场所应进行相应的审批或备案。
3	辐射类	包括物理、核科学与技术、医学、生物、化学和材料科学与工程等专业方向中涉及放射性同位素、射线装置与核材料的实验实训场所。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离辐射，可能对人体造成内外照射伤害，也可能对环境产生放射性污染；存放或使用核材料的实验实训场所还存在核安全风险。
4	机电类	包括机械设计与制造、过程装备与控制、化工机械、材料物理、电气工程、激光工程和人工智能等专业方向中涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实验实训场所，以及大型机房等。这类实验实训场所的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械伤害以及灼伤、电路短路、人员触电、激光伤害、冻伤、高坠等因素。
5	其他类	包括体育类、社科类、艺术类专业相关的实验实训场所，危险源主要是可能发生人员身体损伤的风险、少量的用电设备可能带来的用电安全或消防风险。

职业学校实验实训场所分级管理要求参照表

管理要求	实验实训场所分级			
	I 级实验室	II 级实验室	III 级实验室	IV 级实验室
安全检查	学校党政主要负责人每年牵头开展不少于 1 次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于 1 次安全检查；二级单位每周开展不少于 1 次安全检查；实验实训场所做到“实验实训结束必巡”	分管校领导每年牵头开展不少于 1 次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于 1 次安全检查；二级单位每月开展不少于 1 次安全检查；实验实训场所做到“实验实训结束必巡”	学校主管职能部门每半年开展不少于 1 次安全检查；检查三级单位每季度开展不少于 1 次安全检查；实验实训场所做到经常性检查	学校主管职能部门每年开展不少于 1 次安全检查或抽查，三级单位每半年开展不少于 1 次安全检查或抽查；实验实训场所做到经常性检查
安全培训	实验实训场所安全管理人员、实验实训人员完成不少于 24 学时的准入安全培训，之后每年完成不少于 8 学时的安全培训(以上均含应急演练)；每年开展不少于 2 次应急演练(含针对重要危险源的应急演练)	实验实训场所安全管理人员、实验实训人员完成不少于 16 学时的准入安全培训，之后每年完成不少于 4 学时的安全培训(以上均含应急演练)；每年开展不少于 1 次应急演练(含针对重要危险源的应急演练)	实验实训场所安全管理人员、实验实训人员完成不少于 8 学时的准入安全培训，之后每年完成不少于 2 学时的安全培训(以上均含应急演练)；实验实训场所每年开展不少于 1 次应急演练	实验实训场所安全管理人员、实验实训人员完成不少于 4 学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训(以上均含应急演练)；每年开展不少于 1 次应急演练

安全 评估	<p>科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练</p>	<p>科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练</p>	<p>科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查，二级单位判断如有必要，可临时按更判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理</p>	<p>科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查，二级单位判断如有必要，可临时按更判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理</p>
条件 保障	<p>高风险点位安装监控和必要的检测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施</p>	<p>高风险点位安装监控和必要的检测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施</p>	<p>在重要风险点位安装监控和必要的检测报警装置；配备充足的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施</p>	<p>配备必要的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施</p>